

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Ethicon-Endo	PDS	PDS	Johnson&Johnson	Ստերիլ վիրաբուժական թել՝ Polydioxanone monofilament սինթետիկ ներծծվող թելը պատրաստված է պոլիէսթերից, պոլի (p-dioxanone): Օգտագործված նյութերը չունեն հակազենային ակտիվություն և պիրոգեն չեն: Հիդրոլիտիկ ազդեցությունը, որով նյութը քայքայվում է, հանգեցնում է ամբողջական կլանման մոտավորապես 180-210 օրվա ընթացքում: Առաձգական ուժի մոտավորապես 50%-ը պահպանվում է 42 օր հետո: Առաձգական ուժի դիմացկունության

					50%-ը պահպանվում է 14 օր: Չափսը 2/0 26ասեղ 1/2 ծակող, 1ասեղ երկարությունը 70սմ: Արտադրություն` Ethicon
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	Ethicon-Endo	PDS	PDS	Johnson&Johnson	Ստերիլ վիրաբուժական թել՝ Polydioxanone monofilament սինթետիկ ներծծվող թելը պատրաստված է պոլիէսթերից, պոլի (p-dioxanone): Օգտագործված նյութերը չունեն հակազենային ակտիվություն և պիրոգեն չեն: Հիդրոլիտիկ ազդեցությունը, որով նյութը քայքայվում է, հանգեցնում է ամբողջական կլանման մոտավորապես 180-210 օրվա ընթացքում: Առաձգական ուժի մոտավորապես 50%-ը պահպանվում է 42 օր հետո: Առաձգական ուժի դիմացկունության

					50%-ը պահպանվում է 14 օր: Չափսը 2/0 26ասեղ 1/2 ծակող, 1ասեղ երկարությունը 70սմ: Արտադրություն` Ethicon
--	--	--	--	--	---