

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0301 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
109	STA NEOPTIMAL 10	STA NEOPTIMAL 10	STA NEOPTIMAL 10	Diagnostica Stago	STA Satellite Max վերլուծիչի համար նախատեսված / STA NeoPTimal 10/ Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ`12 x10 մլ : Մեթոդ` մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրամոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8

					ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, Որակի սերտիֆիկատի առկայություն For in Vitro Diagnostic*Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦХЦПЗР - 26/0301
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
109					