

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	ОКИ скрин-FL	ОКИ скрин-FL	ОКИ скрин-FL	Центральный научно- исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	"Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Շիգելլա ցեղի բակտերիաների (Shigella spp.), Էնտերոինվազից E. coli-ի (EIEC), Salmonella spp.-ի, թերմոֆիլ կամպիլոբակտերիաների (Campylobacter spp.), F տեսակի ադենովիրուսների (Adenovirus F) ԴՆԹ-ի, ինչպես նաև A խմբի ռոտավիրուսների (Rotavirus A), 2-րդ գենոտիպի Նորովիրուսների (Norovirus 2) և աստրովիրուսների (Astrovirus) ՌՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման և տարբերակման

				համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 500 հատ/մլ: Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար: "
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	ОКИ скрин-FL	ОКИ скрин-FL	ОКИ скрин-FL	Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	"Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Շիգելլա ցեղի բակտերիաների (Shigella spp.), Էնտերոինվազից E. coli-ի (EIEC), Salmonella spp.-ի, թերմոֆիլ կամպիլոբակտերիաների (Campylobacter spp.), F տեսակի ադենովիրուսների (Adenovirus F) ԴՆԹ-ի, ինչպես նաև A խմբի ռոտավիրուսների (Rotavirus A), 2-րդ գենոտիպի նորովիրուսների (Norovirus 2) և աստրովիրուսների (Astrovirus) ՌՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման և տարբերակման

				համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 500 հատ/մլ: Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար: "
--	--	--	--	---