

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	վիրաբուժական թելեր	PL	PL	Luxsutures	Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո

					Երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ Էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦТДР-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					