

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	e/1 QC-2 Quality Control	e/1 QC-2 Quality Control	Exias Medical	Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է սարքավորման QC պլանի QC-2 գործընթացի իրականացման համար: Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-ECXU7QF-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21				