

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչապար ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	.վիրաբուժական թելեր	Winner	PGLA	Huaiyin Medical instruments co., LTD	Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L- լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L- lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո

					Երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ Էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:պոլիգլակտին 5/0 75 սմ ծակող 36մմ կամ համարժեք
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ишзщщр UŦĈ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦŦԶԲ-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					