

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD, Weigao Medical International Co., Ltd.	Dora, Wego	Dora, Wego	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD, Weigao Medical International Co., Ltd.	Ֆիստուլային ասեղներ գարկերակային և երակային լրակազմ: Ասեղների տրամագիծը 1.7մմ: Ասեղների երկարությունը ոչ ավել քան 25մմ: Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150մմ-ից: Ասեղների գլխիկները պտտվող, չկոտրվող, ծայրը սուր: Փաթեթավորումը՝ զույգ գարկերակային և երակային ֆիստուլային ասեղներ կամ համարժեք: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը B/Braun Diacan Pro կամ Nipro GmbH կամ

					Baxter Fistula կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical կամ Baihe Medical կամ Ultrafor Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թոլմախ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD, Weigao Medical International Co., Ltd.	Dora, Wego	Dora, Wego	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD, Weigao Medical International Co., Ltd.	Ֆիստուլային ասեղներ գարկերակային և երակային լրակազմ: Ասեղների տրամագիծը 1.7մմ: Ասեղների երկարությունը ոչ ավել քան 25մմ: Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150մմ-ից: Ասեղների գլխիկները պտտվող, չկոտրվող, ծայրը սուր: Փաթեթավորումը՝ զույգ գարկերակային և երակային ֆիստուլային ասեղներ կամ համարժեք: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդել Bain Medical