

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Դիալիզատոր	Lepu կամ Vital կամ Bain կամ Dora	Lepu կամ Vital կամ Bain	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD. կամ Vital Healthcare Sdn Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO. LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 1,8±0.1 մ2 Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ ±10%, լցման ծավալը մինչև 120 մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթմամբ: Գերզտման գործակիցը 26 - 49մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (500 մլ/րոպե): Միզանյութը 193-317; կրեատինինը 256-279; վիտամին Բ 12- 157-206, ֆոսֆատը 186-267: Գործող Dialog

					Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գորգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					