ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
131	Մոդուլային պացիենտ մոնիտոր	Մոդուլային պացիենտ մոնիտոր	ՉԺՀ	Մուտքային լարումը՝ 100V-240V AC, մուտքային հաճախականությունը 50Hz/60Hz, մուտքային հոսանքի ուժը՝ 1.7A -0.8A, ապահովիչ T 2A/250V, հոսանքի համապատասխանությունը IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2 ստանդարտներին։ ՈՒնի գունավոր TFT LCD տեսակի էկրան ոչ պակաս քան 12.1 դյույմ, ոչ պակաս քան 800x600 փիքսել լուծելիությամբ։ Ունի տպիչ, որն աշխատում է Ջերմային կետերի զանգվածային մեթոդով։ Հորիզոնական լուծելիությունը ոչ պակաս քան 16 կետ/մմ, վերտիկալ լուծելիությունը ոչ պակաս քան 8 կետ/մմ, տպելու արագությունները ոչ պակաս քան 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, տպագրման ալիքները ոչ պակաս քան 3, տպագրման ռեժիմները ոչ պակաս քան Real-time / periodic / alarm recording։ Ունի վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց ոչ

				պակաս քան 11.1 V/4Ah, որը ապահովում է ոչ պակաս քան 210 րոպե անխափան աշխատանք։ Մարտկոցի վերալիցքավորման ժամանակը ոչ ավել քան 6 ժամ մինչև 100% լիցքավորման դեպքում։ Ունի հիշողության հետևյալ ծավալները՝ պահպանում է ահազանգների ոչ պակաս քան 128 խումբ իրենց կից ալիքներով։ Պահպանում է ոչ պակաս քան 168 ժամ թրենդ, ոչ պակաս քան 1 րոպե լուծելիությամբ և 2 ժամում ոչ ավել քան 5 վայրկյան լուծելիությամբ։ NIBP-ն ունի ոչ պակաս քան 1000 խմբի հնարավորություն։ ՈՒնի մկնիկի և ստեղնաշարի հետ աշխատելու հնարավորություն։ ՈՒնի բարկոդ սկաների հնարավորություն USB միակցիչով։ ՈՒնի 1 ստանդարտ RJ45 ինտերֆեյս։ Ունի ոչ պակաս քան 2 USB միակցում։ Ունի Nurse call 1 RJ11 միակցում։ Ունի դեֆիբրիլյատորի հետ սինխրոնիզացիոն գործառույթ 1 BNC միակցումով։ ՈՒնի ԷՍԳ հետևյալ արտածումները՝ 3 lead: I, II, III, 5 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx, 12 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6։ Արտածումների ստանդարտները որ պակաս քան AHA, IEC։ ՈՒժեղացումը ոչ պակաս քան x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4, Auto։ CMRR-ը դիագնոստիկ ռեժիմում ≥ 89 dB, մոնիտորինգի ռեժիմում ≥ 105 dB, վիրահատության ռեժիմում ≥ 105 dB։ Bandwidth-ը դիագնոստիկ ռեժիմում 0.05 Hz to 150 Hz, մոնիտորինգի ռեժիմում 0.5 Hz to 40 Hz, վիրահատության ռեժիմում 1 Hz to 25Hz։ Մուտքային դիմադրությունը ≥ 5.0 MΩ։ ԷՍԳ ազդանշանի միջակայքը ± 10.0 mV։ Էլեկտրոդների օֆսեթ պոտենցիալը ± 500 Mv։ Հիվանդի արտահոսքի հոսանք < 10 uA։ Համակարգի աղմուկ ≤ 30 μVpp (RTI)։ Ազդանշանի

				ստանդարտիզացում 1 mV ± 5%: Հիմնական վերականգնում մոնիտորինգի ռեժիմ՝ ≤ 3 վրկ, վիրահատության ռեժիմ՝ ≤ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակը. ալիքի ձևը վերականգնվում է սկզբնական մակարդակին ոչ ավել քան 10 վայրկյանում: Sweep արագությունը 6,25 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Ունի ST սեգմենտի չափման հետևյալ ուղիները՝ Calculating I, II, V- lead etc. at the same time: Լռելյայն չափում է II lead-ը: Չափման միջակայքը -2.0 mV to +2.0 mV: Ճշգրտությունը -0.8 mV to +0.8 mV: ±0.02 mV or ±10%: Լուծելիությունը ոչ ավել քան 0.01mV: Սրտի զարկերի չափում: Չափման միջակայքը մեծահասակների համար 10 bpm to 300 bpm, մանկաբուժական և նեոնատալ 10 bpm to 350 bpm: Ճշգրտությունը ոչ ավել քան ±1% or ±1 bpm: Առիթմիաների վերլուծություն: Ոչ պակաս քան՝ ASYSTOLE, VENT FIB/TACH, PAC, RUN PVCS, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R on T, TACHY, BRADY, MISSED, BEATS, MULRI PACS, PNP, PNC, NOISE, VPB, ST HIGH, ST LOW, VTACH, PVCS HIGH գործառույթների առկայություն: Շնչառության չափում: Իրականացվում է I (RA-LA) կամ II (RA-LL) արտածումներով: Չափումների միջակայքը ոչ պակաս քան 0 rpm to 150 rpm: Sweep արագություն ոչ պակաս քան 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s: Ճշգրտություն ոչ ավել քան ±2 rpm or ±2%: Ապնոե ազդանշանի հետաձգում ոչ պակաս քան 10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60s: NIBP: Համապատասխանում է IEC 80601-2-30 ստանդարտին: Չափման մեթոդը ավտոմատ օսցիլոմետրիա: Չափման

				ռեժիմները՝ մանուալ, ավտոմատ և STAT։ Ավտոմատ չափման ինտերվալները ոչ պակաս քան 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90min, 2/4/8/12h. STAT ռեժիմի ցիկլի ժամանակահատվածը պահպանվում է 5 րոպե, 5 վայրկյան միջակայքերով։ Սիստոլիկ միջակայք ոչ պակաս քան՝ մեծահասակների համար 30 to 270 mmHg, մանկաբուժական 30 to 235 mmHg, նեոնատալ 30 to 135 mmHg։ Դիաստոլիկ միջակայք ոչ պակաս քան՝ մեծահասակների համար 10 to 220 mmHg, մանկաբուժական 10 to 220 mmHg, նեոնատալ 10 to 110 mmHg։ Մանժետի ճնշման միջակայքը ոչ պակաս քան 0-280mmHg։ Պուլսի չափման միջակայքը ոչ պակաս քան 40 bpm - 240 bpm։ SPO2-ի չափման միջակայք՝ 0% ~ 100%։ Լուծելիություն 1%։ Ճշգրտություն 70% ~ 100% ±2%։ Պերֆուզիոն ինդեքսի չափման միջակայք ոչ պակաս քան 0.05% to 20%։ Պուլսի հաճախականություն 20 bpm - 250 bpm։ Լուծելիություն 1 bpm։ Ջերմաստիճանի չափման ստանդարտ ISO80601-2-56։ Չափման եղանակը թերմալ դիմադրություն։ Չափման միջակայք 0.0℃ to 50.0℃(32℉ to 122℉)։ Ունի գազերի չափման մոդուլ ոչ պակաս քան CO2, N2O, O2, agent (ISO,ENF,SEV,HAL,DES) գազերի չափման համար։ Կոմպենսացիաներ՝ Ավտոմատ ճնշման փոխհատուցում, ջերմաստիճան և CO2-ի վրա ընդլայնող ազդեցություններ։ Տրամաչափարկման համար անհրաժեշտ չէ ինֆրակարմիր տիրույթ։ Տրամաչափարկումն իրականացվում է ավտոմատ զրո ռեֆերենսով, որն իրականացվում է սարքավորման միացման ընթացքում այնուհետև 1-3 անգամ օրեկան։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱ ԾԱԲ-2025/16-26-Ե ՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
131				Տաքացման ժամանակահատվածը չի գերազանցում 20 վայրկյանը: Տիպիկ վերելքի ժամանակը՝ CO2≤300ms, N2O, O2,ISO, ENF, SEV, DES ≤ 400 ms, HAL≤ 500 ms: Համակարգը չափում է տարբեր գազեր որոշակի միջակայքերում և ճշգրտությամբ: CO2-ը չափվում է 0-15%-ով՝ ±(0.2% + 2%) ճշգրտությամբ: N2O-ն չափվում է 0-100%-ով՝ ±(2% + 2%): Հալոտանը, էնֆլուրանը և իզոֆլուրանը տատանվում են 0-25%-ի սահմաններում, ճշգրտությունը՝ ±(0.15% + 5%) մինչև 8%: Սևոֆլուրանը չափվում է 0-25%-ով՝ ճշգրտությամբ՝ ±(0.15% + 5%) մինչև 10%, և նշված չէ վերևում: Դեսֆլուրանը չափվում է 0-25%-ով՝ ճշգրտությամբ՝ ±(0.15% + 5%) մինչև 22%: O2-ը չափվում է 0-100%-ով՝ ±(1% + 2%): Հարուցիչի նույնականացումը տևում է <20 վրկ, իսկ համակարգի արձագանքը՝ <4 վրկ՝ 2 մ Nomoline օդուղիների ադապտերի դեպքում: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Մատակարարը պետք է ունենա անհրաժեշտ մասնագիտական կազմ սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և հետագա սպասարկումների ու վերանորոգումների իրականացման համար: