ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Լաբորատոր սառնարան	Լաբորատոր սառնարան	Լաբորատոր սառնարան	Լաբորատոր սառնարան	"Բարձրորակ, երկարամյա ծառայող սառնարան՝ +2...+8°C ջերմաստիճանային միջակայքով: Նախատեսված է դեղատների, կլինիկաների, բժշկական և գիտական լաբորատորիաների համար: Սառնարանում ջերմաստիճանի պահպանում ± 3°C սահմաններում: Անվտանգություն՝ Սառնարանները հագեցած են լուսային և ձայնային ազդանշանային համակարգով: Արտակարգ իրավիճակների մասին ծանուցման համակարգը ակտիվանում է սառնարանի

						խափանման դեպքում՝ չափազանց բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, սենսորի անսարքության, բաց դռան, էլեկտրամատակարարման խնդիրների, մարտկոցի ցածր լիցքի պատճառով: Երբ աշխատանքային ջերմաստիճանը շեղվում է սահմանվածից, և երբ սենսորը անսարք է, համակարգը տալիս է ձայնային և լուսային ազդանշաններ: Նախատեսված է ձայնային ազդանշանի հարկադիր անջատման հնարավորությամբ: Այն ունի ներկառուցված պահեստային մարտկոց: Պահեստային մարտկոցը չի ապահովում սառնարանի աշխատանքը, անհրաժեշտ է պահպանել սառնարանի աշխատանքի համապատասխան կարգավորումները հոսանքի անջատման ժամանակ: Երբ այն անջատված է, կառավարման համակարգը (էկրան, ազդանշան) աշխատում է ինքնավար ռեժիմով մինչև 72 ժամ: Հեռակառավարվող ազդանշանային համակարգ: Ազդանշանային համակարգը աշխատում է բարձր/ցածր ջերմաստիճանի, սենսորի

						սխալների, էլեկտրաէներգիայի անջատման, շրջակա միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի, մարտկոցի ցածր լիցքի, չփակված դռան դեպքում: Ծանուցման ազդանշանների տեսակները՝ ձայնային ազդանշան, թարթող ցուցիչ, հեռակառավարվող ազդանշանային համակարգ: Բնութագրերը՝ Սառնարանային խցիկի ծավալը, լ՝ մոտ 390; Ջերմաստիճանային միջակայքը, °C՝ +2-ից մինչև +8; Մետաղական դուռ; Միկրոպրոցեսորային կառավարում; LED էկրան; Հարկադիր սառեցում; Սառեցնող ագենտ՝ HC; Դարակների/արկղերի քանակը, հատ՝ 7/-; Հզորություն, W՝ 210; Ներքին խցիկի չափսերը, W × D × H, մմ՝ մոտ 530 × 555 × 1380; Ապրանքի/Ընդհանուր չափսեր, W × D × H, մմ՝ մոտ 665 × 710 × 1965/690 × 790 × 2110; ապրանքի/համախառն քաշ, կգ — մոտ 106/129: Տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից համապատասխան մասնագետի կողմից: Երաշխիք 1 տարի: Պետք է լինի 2025 թ

					արտադրության և համապատասխանի ISO9001, ISO13485:2016, ISO14001, TUV, FDA միջազգային ստանդարտներին: Առկա է ապրանքի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					