

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Vital Healthcare ,Bain Medical ,B.Braun DiaStream	Արյան հոսքագիծ	Vital Healthcare ,Bain Medical ,B.Braun DiaStream	Vital Healthcare ,Bain Medical ,B.Braun DiaStream	Արյունատար գծեր (զարկերակ- անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8(± 0.1)մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 161մլ $\pm 10\%$, մանրեագերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրեագերծում, պետք է չպարունակի լատեքս: Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-000000000-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					