

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթ» ՍՊԸ -ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
87	Baihe Medical	Baihe Medical	.	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առ- կայությունը Ասեղի տրամագիծը - 1,6 մմ Ասեղի նիզակի երկարությունը (ասե- ղի մետաղական մասի երկարություն ը) - 25 մմ Ասեղի նիզակիասեղի (մետաղական մասի) վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայությունը Գծի երկարությունը - 300 մմ Գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերակման առկայությունը՝ կարմիր Ախտահանում- առաջացիոն Արտադրանքը պետք ունենա CE Mark 93/42

					որակի վկայական, կամ համարժեք FDA Որակի վկայան, ինչպես նաև արտադրանքի ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXCTQF-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
87	Baihe Medical	Baihe Medical	.	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Наличие силиконизированной поверхности иглы Диаметр иглы - 1,6 мм Длина стержня иглы (длина металлической части иглы) - 25 мм Наличие дополнительного бокового отверстия на стержне иглы (металлическая часть) Длина лески - 300 мм Наличие цветного контраста клапана на леске - красный Дезинфекция - радиационная Изделие должно иметь сертификат качества CE Mark 93/42, или эквивалентный сертификат качества FDA, а также наличие сертификата качества

