

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	SAV GROUP LLC	SAV MEDICAL	110*30	SAV GROUP LLC	ԷԿԳ թուղթ 110մմ*30սմ Թուղթ՝ պատված ջերմային բաղադրությամբ, որն արձագանքում է տաքացմանը: Թուղթը պտտվում է գլանի մեջ, որի ջերմային շերտը դեպի դուրս է նայում: Պահանջվող ծավալային բնութագրերը՝ գլանի լայնությունը՝ 110 +/- 0,1 մմ; ոլորուն երկարությունը - ոչ պակաս, քան 30 մ; Թևքի ներքին տրամագիծը 12 +/- 0,1 մմ է: Գլանափաթեթի արտաքին մասում պետք է կիրառվի ստանդարտ վարդագույն գույնի ցանց: Թղթի հիմքի խտությունը 55 գ/մ2-ից ոչ պակաս, հաստությունը

					60 մկմ, հարթությունը min.350, սպիտակությունը min. 85%, արխիվայնություն առնվազն 7 տարի, խիստ զգայուն: Եզրերի երկայնքով կիրառվող հսկիչ գծի առկայություն, որը հայտնվում է գլանափաթեթի ավարտից ոչ ավելի, քան 0,5 մ -ից առաջ և ազդարարում դրա ավարտը: Թուղթը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 7826-93-ի պահանջներին: Մնացած պահպանման ժամկետը առաքման պահին պետք է կազմի արտադրողի կողմից սահմանված պահպանման ժամկետի առնվազն 80%-ը: Համապատասխանության վկայականի (հայտարարագրի) պարտադիր առկայությունը, գրանցման վկայականը առաքման պահին.Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	SAV GROUP LLC	SAV MEDICAL	110*30	SAV GROUP LLC	ԷԿԳ թուղթ 110մմ*30սմ Թուղթ՝ պատված ջերմային բաղադրությամբ, որն արձագանքում է տաքացմանը: Թուղթը պտտվում է գլանի մեջ, որի ջերմային շերտը դեպի դուրս է նայում: Պահանջվող ծավալային բնութագրերը՝ գլանի լայնությունը՝ 110 +/- 0,1 մմ; ոլորուն երկարությունը - ոչ պակաս, քան 30 մ; Թևքի ներքին տրամագիծը 12 +/- 0,1 մմ է: Գլանափաթեթի արտաքին մասում պետք է կիրառվի ստանդարտ վարդագույն գույնի ցանց: Թղթի հիմքի խտությունը 55 գ/մ2-ից ոչ պակաս, հաստությունը

					60 մկմ, հարթությունը min.350, սպիտակությունը min. 85%, արխիվայնություն առնվազն 7 տարի, խիստ զգայուն: Եզրերի երկայնքով կիրառվող հսկիչ գծի առկայություն, որը հայտնվում է գլանափաթեթի ավարտից ոչ ավելի, քան 0,5 մ -ից առաջ և ազդարարում դրա ավարտը: Թուղթը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 7826-93-ի պահանջներին: Մնացած պահպանման ժամկետը առաքման պահին պետք է կազմի արտադրողի կողմից սահմանված պահպանման ժամկետի առնվազն 80%-ը: Համապատասխանության վկայականի (հայտարարագրի) պարտադիր առկայությունը, գրանցման վկայականը առաքման պահին.Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	--