

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՈՒՄՅԱԿ ԱՐՁՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱԶ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co.,Ltd	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co.,Ltd	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co.,Ltd	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co.,Ltd	Պետք է պարունակի Տուոխի մետալալաստիկ ասեղ ` 18G 80mm, նշագծված, միացվող թևիկներով: Պոլիամիդային կատետր ` նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով: Կատետերի ներարկման միացուցիչ ամուր ֆիքսման հնարավորությամբ` snap-lockե, ներարկման ժամանակ անեսթետիկի արտահոսքի բացառմամբ, գունային և ինքնակաշուն, ԷՊԻԴՈՒՐԱԼԵ տարբերակմամբ: Ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ ` 10մլ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիովիրուսային ֆիլտր

					0,2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով: Կոնեկտոր ,Լուերե, կատետերի ուղղորդիչ: Կատետերի ֆիքսատոր պոնկցիայի մասում ֆիքսման համար, ծակոտկեն փափուկ հիմքով, մի կողմից կաշուն մակերեսով, մյուսին ` կոշտ պլաստիկ փական սեղմակ կատետերը ուղիղ անկյան տակ ֆիքսելու համար, որը կանխում է կատետերի պատահական տեղաշարժումը և ծալումը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арусяк Арзуманян Рафик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-26/08
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62					