ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Օրինակելի, չափիչ միջոցների ստուգաչափման, ճշգրտման, կարգավորման և տրամաչափարկման համար: - Չափման տիրույթ - -200÷+962 ^{0}C; - Տվիչի չափման տիրույթ- -70÷+450 ^{0}C; - Կայունությունը- <0,005 ^{0}C տարին; Pt 100-ի արանքաչափիչների երկու մուտքով և ջերմադիմադրության կամ ջերմաստիճանի տարբերության չափման մեկ մուտքով: Գործող տրամաչափարկման սերտիֆիկատով, տրված 2025թ. IV եռամսյակում ԻՍՕ ԻԵԿ 17025 ստանդարտով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից ՀՀ տեսակի հաստատման սերտիֆիկատով: Տրամաչափարկման սերտիֆիկատում նշված կետերը – -40^{0}C/-20^{0}C/0^{0}C/50^{0}C/70^{0}C/100^{0}C. Լրակազմը պետք է ներառի լիցքավորման սարք, USB մալուխ, շահագործման հրահանգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Для поверки, настройки, регулирования и калибровки образцовых средств измерений. - Диапазон измерений: -200÷+962 ^{0}C; - Диапазон измерений датчика: -70÷+450 ^{0}C; - Стабильность: <0,005 ^{0}C в год; С двумя входами для датчиков температуры Pt 100 и одним входом для измерения сопротивления или разности температур. С действующим сертификатом калибровки, выданным в IV квартале 2025 года лабораторией, аккредитованной по стандарту ISO IEC 17025 и имеющей сертификат утверждения типа Республики Армения. Диапазоны измерений, указанные в сертификате калибровки: -40^{0}C/-20^{0}C/0^{0}C/50^{0}C/70^{0}C/100^{0}C. В комплект поставки должны входить зарядное устройство, USB-кабель, инструкция по эксплуатации.