

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-117/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օրինակելի, չափիչ միջոցների ստուգաչափման, ճշգրտման, կարգավորման և տրամաչափարկման համար: - Չափման տիրույթ - $-200 \div +962$ °C; - Տվիչի չափման տիրույթ- $-70 \div +450$ °C; - Կայունությունը- $<0,005$ °C տարին; Pt 100-ի արանքաչափիչների երկու մուտքով և ջերմադիմադրության կամ ջերմաստիճանի տարբերության չափման մեկ մուտքով: Գործող տրամաչափարկման սերտիֆիկատով, տրված 2025թ. IV եռամսյակում ԻՍՕ ԻԵԿ 17025 ստանդարտով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից ՀՀ տեսակի հաստատման սերտիֆիկատով: Տրամաչափարկման սերտիֆիկատում նշված կետերը – $-40^{\circ}\text{C}/-20^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}/100^{\circ}\text{C}$. Լրակազմը պետք է ներառի լիցքավորման սարք, USB մալուխ, շահագործման հրահանգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Для поверки, настройки, регулирования и калибровки образцовых средств измерений. - Диапазон измерений: -200÷+962 °С; - Диапазон измерений датчика: -70÷+450 °С; - Стабильность: <0,005 °С в год; С двумя входами для датчиков температуры Pt 100 и одним входом для измерения сопротивления или разности температур. С действующим сертификатом калибровки, выданным в IV квартале 2025 года лабораторией, аккредитованной по стандарту ISO IEC 17025 и имеющей сертификат утверждения типа Республики Армения. Диапазоны измерений, указанные в сертификате калибровки: -40°C/-20°C/0°C/50°C/70°C/100°C. В комплект поставки должны входить зарядное устройство, USB-кабель, инструкция по эксплуатации.