

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Comecer PHAEDRA Series Shielded Isolator for Dispensing; with Clio Vials and Syringes Dispensing System	Comecer	PHAEDRA + Clio	COMECER S.p.A.	Պաշտպանիչ մեկուսիչ ռադիոֆարմացիոն դոզավորման համար "COMECER" PHAEDRA մոդելի պաշտպանիչ մեկուսիչ ռադիոֆարմացիոն դոզավորման համար Սարքավորումը համատեղելի է "Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Երևան, Հալաբյան փող., 38/7 շենք) տեղադրված "COMECER" BBST-PC և "COMECER" BBS-SY մոդելի սարքավորումների հետ (հնարավորություն է տալիս կատարել համալրում) Առանձնահատկությունները.

					Հնարավորություն՝ տեղադրելու կյուրի ներմուծման խցիկ (օդային փական)՝ B դասի «Հանգստի վիճակ» (EEC-cGMP) օդի որակով և հագեցած աշխատանքային ծեռնոցներով թափոնների բաժանմունքի տեղադրման հնարավորություն համապատասխան B դասի օդի որակի՝ «Հանգստի վիճակ» (EEC- cGMP) Արտադրանքի արդյունահանման համակարգի տեղադրման հնարավորություն, որը հագեցած է «միջանցիկ դոզայի տրամաչափիչով» COMECER ավտոմատ դիսպենսերների հետ միացման և ինտեգրման հնարավորություն Պաշտպանիչ (Էկրանով) առջևի դռներ խցիկների հերմետիկությունը ապահովվում է փչովի միջադիրների համակարգով, որոնք տեղադրված են անցքերի պարագծերի շուրջ A դասի խցիկում լամինար հոսք ստեղծելու համար նախատեսված ֆիլտրման համակարգ, պատրաստված ULPA U15 բացարձակ ֆիլտրման քարթրիջով B դասի խցիկների համար ֆիլտրման համակարգ՝
--	--	--	--	--	---

					բացարձակ HEPA H14 ֆիլտրի քարթրիջով Օդային ելքի ժամանակ ֆիլտրման համակարգ՝ հագեցած ակտիվացված ածխածնային ֆիլտրի քարթրիջներով 15 դյույմ անկյունագծով սենսորային էկրանով կառավարման վահանակի առկայություն Սենսորային էկրանով օպերատորի վահանակը ստուգում և վերահսկում է սարքավորումների կարևոր պարամետրերը՝ թե՛ «Հանգստի», թե՛ «Աշխատանքային» ռեժիմներում Հատուկ գնդիկավոր կրողների վրա տեղադրված հեռակառավարման աքցանների առկայությունը Հեռակառավարվող աքցանները ապահովում են բարձր զգայունություն և շարժումների ճշգրտություն: «Գեյգեր-Մյուլլերի" զոնդ տեղադրելու հնարավորություն՝ սինթեզի և բաշխման խցիկի ներսում ռադիոակտիվությունը հայտնաբերելու և դռան կողպեքը կառավարելու համար» Օդափոխման անջատիչ փականներ տեղադրելու և ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի (AVC LIGHT) գեներատորներին միանալու հնարավորություն՝ դոզավորման
--	--	--	--	--	---

խցիկի և նյութի մատակարարման
խցիկի համար Դոգավորման խցիկի
և նյութի մատակարարման խցիկի
վրա ավտոմատ արտահոսքի
ստուգման համակարգ տեղադրելու
հնարավորության Տեխնիկական
բնութագրեր. Հենարանի շրջանակի
նյութ՝ Էպօքսիդային ներկերով
մշակված ածխածնային պողպատ
Արտաքին պատյանի նյութը՝ AISI 304
Աշխատանքային խցիկի նյութը՝ AISI
316L Կապարի մաքրությունը՝ Pb
98% + Sb 2% Էլեկտրական
վահանակի պաշտպանության
աստիճանը՝ IP 54 Պաշտպանիչ շերտ
(Pb): 75 մմ Պաշտպանիչ ապակուց
պատրաստված պատուհանի
չափսերը՝ (լայնություն x
բարձրություն) 200 x 200 մմ:
Աշխատանքային խցիկի ներքին
չափսերը՝ 590 x 585 x 675
(լայնություն x խորություն x
բարձրություն) մմ Ներքին
նախախցիկի չափերը (լայնություն x
խորություն x բարձրություն) 560 x
745 x 500 մմ Արտաքին չափսեր
նախախցիկով. (լայնություն x
խորություն x բարձրություն) 1680 x
1090 x 2400 մմ Արտաքին չափսեր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЗ-01-ЕАД-025-2025/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					առանց նախախցիկի՝ (լայնություն x խորություն x բարձրություն) 1060 x 1090 x 2400 մմ Օդափոխություն և ֆիլտրեր. Դոզավորման խցիկ. Օդի դասակարգում՝ «A» դաս՝ լամինար (LAF) հոսքով լրիվ մակերեսի վրայով Օդի մատակարարում՝ նախնական F9 ֆիլտր և բացարձակ U15 ֆիլտր Օդի ելք՝ ակտիվացված ածխածնային ֆիլտր Օդի հոսքի արագությունը՝ 100 մ³/ժ Ելուքի մատակարարման խցիկ. Օդի տեխնիկական հատկությունները՝ դասակարգում՝ «B» դաս Օդի մուտք՝ H14 բացարձակ ֆիլտր Օդի ելք՝ H14 բացարձակ ֆիլտր Օդի հոսքի արագությունը՝ 20 մ³/ժ Սրվակների/ներարկիչների քաշման համակարգ. Օդի դասակարգում՝ "B" դաս Օդի մուտք՝ H14 բացարձակ ֆիլտր Օդի ելք՝ ակտիվացված ածխածնային ֆիլտր Օդի հոսքի արագությունը՝ 10 մ³/ժ Պինդ թափոնների բաժանմունք: Օդի դասակարգում՝ "B" դաս Օդի մուտք՝ H14 բացարձակ ֆիլտր Օդի ելք՝ ակտիվացված ածխածնային ֆիլտր Օդի հոսքի արագությունը՝ 10 մ³/ժ Պարագաներ. Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
2					

					լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ (օրինակ՝ մալուխներ, տեղադրման նյութեր, մեկուսիչ նյութեր և այլն) Լրակազմ և պարագաներ. 24 ամիս երաշխիք Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրումը և մեկնարկը իրականացվելու են սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայց սարքավորման ընդհանուր գործունեության ստուգման համար երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում ոչ ավելի քան 10 օրվա ընթացքում Օգտագործողի ձեռնարկները,
--	--	--	--	--	---

					տեխնիկական ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները կտրամադրվեն հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Եթե սարքավորման սենյակ տեղափոխելու և տեղադրման ընթացքում առաջանան խնդիրներ (օրինակ, կապված դռան չափսերի հետ՝ դռան ապանոստաժում և մոնտաժում) առաջացած սենյակային թերությունների վերացման ծախսերը կհոգա մատակարար ընկերությունը Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր
--	--	--	--	--	---

				ստորագրած ընկերությունը սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը կտեղեկացնի պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի արկղերը կբացի բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. ISO 9001 3. cGMP / EEC-cGMP (Class A/B)
--	--	--	--	---