

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Terumo | Ryurei | Ryurei | Terumo | <p>Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ ընդլայնվող գնդանոթներով: Կատթերի երկարությունը ` ոչ ավել քան 145սմ: Մուտքի ծայրի տրամագիրը` ոչ ավել քան 0.43մմ: Ծածկույթը` հիդրոֆիլ: Բալոնները ոչ պակաս քան եռաթև : Աշխատանքային մաքսիմալ ճնշումը մինչև 3.0մմ տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 14 Ատմ., իսկ 3.5մմ -ից ավել տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 12 Ատմ.: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից` ըստ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պահանջվող տրամագծի՝ 1.25-4.0 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալուն-կաթետերի տիպից ստ պահանջվող երկարությունների՝ 10-40մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալուն-կաթետերի տիպի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Terumo | Ryurei | Ryurei | Terumo | Кардиоваскулярные баллонные катетеры с расширяющимися баллонами. Длина катетера — не более 145 см. Диаметр входного конца — не более 0,43 мм. Покрытие — гидрофильное. Баллоны — не менее трёхлопастные. Рабочее максимальное давление: Для диаметра до 3,0 мм — не менее 14 атм. Для диаметра более 3,5 мм — не менее 12 атм. В зависимости от особенностей сосудов пациента во время операции, по требуемому диаметру в диапазоне от 1,25 до |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>4,0 мм и согласно типу кардиоваскулярного баллонного катетера по требуемой длине в диапазоне от 10 до 40 мм. Для каждой поставляемой партии обязательно наличие сертификатов качества CE MARK или FDA.</p> <p>Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской стерильной упаковке. В комплект входит техническая спецификация, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. На момент передачи товара должна оставаться не менее 75% срока годности.</p> <p>Заказчик имеет право по необходимости вернуть или обменять изделие на другой размер, при условии наличия не менее 50% срока годности.</p> |
|--|--|--|--|--|