

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք). VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան 12" Ոչ պակաս քան 800

x 600 պիքսել Առանձին նեոկառուցված թթվածնային հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ Արտացոլում մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան). Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ Պարամետրերը (ոչ պակաս քան). Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ  տիրույթում Ներշնչման հոսքը` ոչ պակաս քան 120 լ/ր Շնչառության հաճախությունը` ոչ պակաս քան  4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E  ratio 4:1 – 1:10 Ճնշման  հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O  Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -  50 սմ H2O PEEP` ոչ պակաս քան 3 – 20 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի առկայություն Անգգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով ոչ պակաս քան 120 րոպե Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան) O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, Էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ` pmax, pmin, PEEP max,
--

					հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin Այլ պահանջներ Ոչ պակաս քան երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O2 չափման համակարգի առկայություն Իզոլյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հոսքային CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ
--	--	--	--	--	--

				նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					