

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ MobileSparkler 300C	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ MobileSparkler 300C	MobileSparkler 300C	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd	Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից- բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը՝ 40-150կՎ mA՝ 10-500 մԱ տիրույթում mAs՝ 0,1-500մմՎրկ տիրույթում Էքսպոզիցիայի ժամանակ՝ 0.001 - 8 վայրկյան միջակայքում Անոդի ջերմակրությունը՝ 300kHU

					Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը՝ 30 վրկ.) Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ +/-180 աստիճան Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ +/-180 աստիճան LED լամպ Լազերային ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը՝ 550-2060մմ Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը՝ 150սմ Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը մոտորիզացված Է Շարժման արագությունը՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն Դետեկտոր, աշխատանքային կայան Դետեկտորի չափսը՝ 14x17 դյույմ
--	--	--	--	--	---

					Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x2560 Պիքսելային քայք՝ 139 մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 գույգ գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 19 դյույմ, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը՝ 1280x1024 Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝ 4GB Ունի՝ 128 ԳԲ SSD սկավառակ Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց Այլ պարագաներ. Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության համար ռենտգենյան ստենդի առկայություն Ռենտգենյան ստենդը նախատեսված է երեխաների և մեծահասակների կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության իրականացնելու համար Ռենտգենյան ստենդը
--	--	--	--	--	--

						նախատեսված է 17x17 դյույմ դետեկտոր տեղադրելու համար Դետեկտորի տեղադրման մասն ունի տարբեր չափսերի դետեկտորներ տեղադրելու հնարավորություն Դետեկտորի տեղադրման մասը շարժական վերև- ներքև ուղղություններով՝ 150 սմ միջակայքով և ֆիքսվող անհրաժեշտ բարձրության վրա է Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն Այլ պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն, ռուսերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքն արտադրված կլինի ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12
--	--	--	--	--	--	---

					արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--