

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Anesthesia Machine	S12Pro	Superstaar Medical Equipment	Օդափոխման եղանակներ՝ IPPV, A/C (V-A/C, P-A/C), SIMV (V-SIMV, P-SIMV) ,PCV, PCV-PC, PCV-VG, PSV, MANUAL: Համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին: Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ 12,1": 1024x768 պիքսել: Առանձին ներկառուցված թթվածնային հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր

մատակարարման
 հնարավորությամբ: Արտացույցում
 մոնիտորի վրա՝ Ճնշում-ժամանակ,
 հոսք-ժամանակ, գազի
 կոնցենտրացիա, օգտագործողի
 կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝
 Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ
 տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ ոչ
 պակաս քան 120 լ/ր Շնչառության
 հաճախությունը՝ ոչ պակաս քան
 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E
 ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման
 հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H₂O
 Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -
 50 սմ H₂O PEEP՝ ոչ պակաս քան 3 -
 20 սմ H₂O միջակայքում Մարտկոցի
 առկայություն Անգայացման սարքի
 աշխատանքը մարտկոցով 120-240
 րոպե: Ազդանշաններ՝ O₂ գազի
 մատակարարման ճնշում, օդ,
 էլեկտրամատակարարում,
 համակարգի անսարքություն,
 փորձարկման ձախողում, ճնշումներ
 ՝ pmax, pmin, PEEP max,
 հաճախականություն, ծավալներ ՝
 MVmax, MVmin, Vtmin: Ոչ պակաս
 քան երկու գոլորշիացնող սարքերի
 համար գոլորշիացնող ամրակների
 առկայություն O₂ չափման

					համակարգի առկայություն Իգոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հոսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հg: Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն)
--	--	--	--	--	--

					Երաշխիքը 24 ամիս: ISO: 13485 ԼԲժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					