

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/111 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ESSENTIO™, Essentio MRI DR	Essentio MRI DR	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston Scientific,	Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորուքյուն, օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ ֆունկցիայով և ավտոմատ 54 անվտանգության ռեգերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պետք է պարունակի փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոննեկտորի տիպը` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու նախասրտային Էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի

				St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EDXU7QF-25/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ESSENTIO™, Essentio MRI DR	Essentio MRI DR	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston Scientific,	Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորուրթյուն, օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ ֆունկցիայով և ավտոմատ 54 անվտանգության ռեգերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պետք է պարունակի փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոննեկտորի տիպը` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու նախասրտային էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի

				St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---