ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/111 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	CHARISMA™,Charisma X4 CRT-D	Charisma X4 CRT-D	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston Scientific,	Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը ՝ IS-1/IS-4/DF-4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ալգորիտմով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային էլեկտրոդ, ձախ փորոքի

				խթանման քառաբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	CHARISMA™,Charisma X4 CRT-D	Charisma X4 CRT-D	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston Scientific,	Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը ՝ IS-1/IS-4/DF-4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ալգորիտմով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային էլեկտրոդ, ձախ փորոքի

				խթանման քառաբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: