

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Primax International	Primax	Cyberblock FP-S	A.T.S. Applicazione Tecnologie Speciali s.r.l.	Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) Գործառնական ռեժիմներ. Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Թվային ռադիոգրաֆիա Թվային անգիոգրաֆիա Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C- Arm C-arm ազատ տարածությունը 80,8 սմ Ուղեծրի շարժումը 150 ° Հորիզոնական շարժումը 20 սմ Պտույտի միջակայքը 12°-ից մինչև -12° միջակայքում Ուղղահայաց շարժումը 45 սմ Ընկղման

					խորությունը 70 սմ Կողային շարժումը դեկանիվով C-arm հիմնական միավորի լայնությունը 89 սմ Ռենտգենյան գեներատոր. Նոմինալ ելքային հզորությունը 5 ԿՎ ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և ֆտորոսկոպիայի ընթացքում 40 կՎ- ից 120 կՎ միջակայքում Ռադիոգրաֆիա. Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ). 40 մԱ-ից 100 մԱ միջակայքում Էկսպոզիցիայի ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ միջակայքում Ֆլուրոսկոպիա. Տեսակները՝ պուլսային և շարունակական ֆլուրոսկոպիա Պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 0,4 մԱ- ից 40 մԱ միջակայքում Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 15 պատկեր/վրկ Շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ 0,1 մԱ-ից 10 մԱ միջակայքում Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան խողովակ. Անոդային ջերմակրությունը 315kHU Կիզակետային կետեր. փոքրը 0,3 մմ, մեծը ոչ պակաս քան 0,6 մմ Թիրախի անկյունը՝ 10° Կոլիմատոր. Պտույտը 360° Հարթ վահանակային
--	--	--	--	--	--

					դետեկտոր. Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ մակերես) 8,2" x 8,2" Պիքսելային քայլը 200 մկմ Պիքսելային մատրիցան 1024 x 1024 Դետեկտիվի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE) 75 % Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF) 53 % Տարածական թողունակությունը 2,5 տող / մմ Թվային էկրան 27 դյույմ բարձր թողունակությամբ (1920x1080), բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ ծածկույթով Պահպանման ծավալը. 210000 պատկեր, 1 Տբ Պատկերի մշակում. Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում Էլեկտրասնուցումը` 220Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն Ոչ պակաս
--	--	--	--	--	---

					քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը կլինի Նոր, չօգտագործված Ապրանքը կլինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ
--	--	--	--	--	---

