ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Բրոնխոսկոպ	AOHUA	VBC-Q50H	Aohua Photoelectric	Բրոնխոսկոպ Բրոնխոսկոպ "AOHUA" VBC-Q50H մոդելի կամ համարժեք Սարքավորումը համատեղելի է "Գորիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Հայաստան, Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու փող., 31 շենք) գոյություն ունեցող և շահագործվող "AOHUA" AQ-120 մոդելի էնդոսկոպիկ համակարգի հետ . Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ Ընդհանուր երկարությունը՝ 870 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 4,9 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 5,7 մմ

					Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 2,2 մմ Դաշտի տեսարան՝ 120օ Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում Վերջույթի շեղում. Վերև/ներքև՝ 210օ/ 130օ Ձախ/աջ՝ 120օ/120օ Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Վիդեոպրոցեսորին միացման մասը անջրաթափանց Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Բրոնխոսկոպ	AOHUA	VBC-Q50H	Aohua Photoelectric	Բրոնխոսկոպ Բրոնխոսկոպ "AOHUA" VBC-Q50H մոդելի կամ համարժեք Սարքավորումը համատեղելի է "Գորիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Հայաստան, Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու փող., 31 շենք) գոյություն ունեցող և շահագործվող "AOHUA" AQ-120 մոդելի էնդոսկոպիկ համակարգի հետ . Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ Ընդհանուր երկարությունը՝ 870 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 4,9 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 5,7 մմ

					Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 2,2 մմ Դաշտի տեսարան՝ 120օ Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում Վերջույթի շեղում. Վերև/ներքև՝ 210օ/ 130օ Ձախ/աջ՝ 120օ/120օ Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Վիդեոպրոցեսորին միացման մասը անջրաթափանց Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ