

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	"Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի և ֆյուրոսկոպիայի սարքավորում Այն պետք է ներկայացնի բոլոր ախտորոշման ընթացակարգերի կատարումը` համաձայն մարմնի տարբեր անատոմիական մասերի: Համակարգը պետք է ապահովի լիարժեք հասանելիություն բոլոր հիվանդների համար: Ստամոքս- աղիքային տրակտի տեսագրում. օրթոպեդիկ լուսանկարներ. մանկաբուժական լուսանկարներ. կրծքավանդակի. գինեկոլոգիական լուսանկար (HSG) և բազմաթիվ այլ

					հետազոտություններ: Դինամիկ հարթ պանելային դետեկտոր Նյուլը՝ Csl (ցեզիում յոդիդ) Սահմանային թողունակությունը՝ ոչ պակաս. քան 3.4 lp/mm Արդյունավետ տարածք՝ ոչ պակաս. քան 43 (V) × 43 (H) սմ. 17" × 17"" դույմ Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս. քան 2800 (H) H 2800 (V) Պիքսելային քայք՝ ոչ ավել քան 148 մկմ RF դետեկտորի կոնֆիգուրացիա (ռադիո-ֆլյուրո) Իրական ժամանակում նկարների ցուցադրում և ձայնագրում. Շարունակական ֆլուորոսկոպիա. Իմպուլսային ֆլուորոսկոպիա. ֆլուորոգրաֆիա. DICOM ծառայություն RF դետեկտորը պատկերների ձեռքբերման համակարգի հետ համատեղ թույլ է տալիս գրանցել ձեռքբերման պարամետրերը. մշակել և պատկերել պատկերները՝ կախված ընտրված անատոմիական մասից և հիվանդի չափից: Պատկերային համակարգը թույլ է տալիս պահպանել պատկերները պահեստային համակարգի արխիվում և ստացված պատկերները ցուցադրել բարձր թողելիությամբ մոնիտորի վրա:
--	--	--	--	--	---

					Բացի այդ, համակարգը հնարավորություն է տալիս նկարները ուղարկել ախտորոշիչ աշխատանքային կայանին (կամ ընդհանուր արխիվին) DICOM- ի միջոցով Ցանցային համակարգի առկայություն Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. Հզորությունը ոչ պակաս քան 65ԿՎ խողովակի լարումը` ոչ պակաս քան 40kV-150kV միջակայքում. քայլը 1 կՎ խողովակի հոսանքը` ոչ պակաս քան 25 մԱ-630 մԱ միջակայքում. քայլի ճշգրտում mAs` ոչ պակաս քան 0.5 mAs-600 mAs միջակայքում ժամանակը` ոչ պակաս քան 1.0 մվ-250մվ միջակայքում. քայլի ճշգրտում Պատկերավորման ժամանակը` ոչ պակաս քան 1.0մվ-5վ միջակայքում Ֆլուորոսկոպիայի լարումը` ոչ պակաս քան 50 կՎ-110 կՎ միջակայքում. շարունակական կարգավորում Ֆլուորոսկոպիայի հոսանքը` ոչ պակաս քան 0.5 մԱ-4 մԱ միջակայքում շարունակական ֆլուորոսկոպիա. ոչ պակաս քան 10 մԱ-20 մԱ միջակայքում պոլսային
--	--	--	--	--	---

					Ֆտորոսկոպիա Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակ Ռենտգեն խողովակի ֆոկուսային դաշտի չափը՝ ոչ ավել քան փոքր ֆոկուս / մեծ ֆոկուս՝ 0.6 / 1.2 մմ Մուտքային հզորություն՝ ոչ պակաս քան փոքր ֆոկուս՝ 20kW/ մեծ ֆոկուս՝ 70kW Անոդի ջերմատվություն՝ ոչ պակաս քան 300kHU Անոդի պտույտի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 9000 պտ/րոպ IEC 60601-1. 60601-1-2. 60601-1-3 և 60601-2-28 ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի համար. առկայություն Միկրոհամակարգչային կառավարմամբ շարժական դիագնոստիկ սեղան Սեղանի շարժման պտույտի միջակայքը ոչ պակաս քան -20° մինչ +90° միջակայքում Սեղանի մակերեսի լայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը՝ 35 ± 5 սմ Սեղանի մակերեսի չափսերը՝ 230 x 75 սմ ± 10% Հիվանդի սեղանի սյուն և թեքում Քաշի տարողությունը ոչ պակաս. քան 200 կգ Կանգնակ Ճառագայթիչից սեղան հեռավորությունը կարգավորվող՝ SID ոչ պակաս քան 115-150 սմ
--	--	--	--	--	---

					կարողանա կազմաձևել բազմակի ձևաչափի պատկերներ DICOM տպիչների համար STITCHING օպցիայի ավելացնելու հնարավորություն հետագայում Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի գերտաքացման և ֆիլամենտ սխալի ծրագրային ինքնաստուգում Բոլոր անատոմիական ծրագրերի առկայություն Ոչ պակաս քան 1 մեգապիքսել 19" Բժշկական մոնիտոր. թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280 x1024 պիքսել Էլեկտրոսնուցում Լարումը 3 ֆազ. 380 Վ $\pm$ 10% Հաճախականությունը՝ 50Հց$\pm$1Հց Էլեկտրական անվտանգությունը համապատասխանում է Էլեկտրական անվտանգության ստանդարտներին IEC-60601 / IS-13450 Կոմպրեսիոն սարք Կոմպրեսիոն սարքի առկայություն Մեկ կոն ավտոմատ ներս/դուրս կայանումով: Կոմպրեսորային ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 80Ն Աքսեսուարներ Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն
--	--	--	--	--	--

					Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու առկայություն Հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 8.0 մմ Ռենտգենյան ճառագայթի մաքսիմալ լարման պաշտպանությունը ոչ պակաս քան 150 կՎ Առկա չափը՝ ոչ պակաս քան 100 x 80 սմ Կապարի համարժեքը՝ ոչ պակաս քան 2.0 մմաբ Օդային պղպջակների առկայություն՝ չկա պղպջակ Տեսանելի լույսի փոխանցելիությունը՝ ոչ պակաս քան 90% Փաթեթավորումը՝ արտահանման ստանդարտ մասնագիտացված փաթեթավորում Ապակին պատին ամրացնելու շրջանակի առկայություն Որակի վկայականներ (ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու համար) ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք. առկայություն: IEC 61331-2:2014 (Directive 2001/95 / EC) կամ համարժեք. առկայություն: Այլ պայմաններ Ոչ պակաս քան 24
--	--	--	--	--	---

					ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի. այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Մոնտաժային մալուխների առկայությունն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր. չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Պետք է կարելի լինի սարքը տեղադրել 2700մմ և ավել բարձրություն ունեցող ռենտգենյան սենյակում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները. որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. ISO 9001:2015 կամ համարժեք 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն
--	--	--	--	--	--

					անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ"
--	--	--	--	--	---