

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	"УВЧ-30-Мед ТеКо"	"УВЧ-30-Мед ТеКо"	"УВЧ-30-Мед ТеКо"	МЕД ТЕКО ООО	Գերբարձր հաճախականության սարքավորում Նախատեսված է գերբարձր հաճախականության Էլեկտրական կամ մագնիսական դաշտի տեղական թերապևտիկ ազդեցությունների համար և օգտագործվում է թերապիայի, սյարդաբանության, վիրաբուժության, հոգեբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության մեջ: Գերբարձր տատանումների հաճախականությունը՝ 27.12 ՄՀց Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 30 Վտ Մեքենայի

				կարգաբերումը՝ ձեռքով Ելքային հզորության կաշգաբերումը (6 քայլից)՝ 5, 10, 15, 20, 25 30 Վտ Գործառնական ռեժիմը սահմանելու ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 րոպե Գործարկման ժամանակն առավելագույն հզորությամբ՝ ոչ պակաս, քան 6 ժամ Ժամանակաչափ՝ 1-ից 99 րոպե միջակայքում Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ /50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. ՌԴ-ում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	"УВЧ-30-Мед ТеКо"	"УВЧ-30-Мед ТеКо"	"УВЧ-30-Мед ТеКо"	МЕД ТЕКО ООО	Գերբարձր հաճախականության սարքավորում Նախատեսված է գերբարձր հաճախականության էլեկտրական կամ մագնիսական դաշտի տեղական թերապևտիկ ազդեցությունների համար և օգտագործվում է թերապիայի, նյարդաբանության, վիրաբուժության, հոգեբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության մեջ: Գերբարձր տատանումների հաճախականությունը՝ 27.12 ՄՀց Նոմինալ էլքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 30 Վտ Մեքենայի

				կարգաբերումը՝ ձեռքով Ելքային հզորության կաշգաբերումը (6 քայլից)՝ 5, 10, 15, 20, 25 30 Վտ Գործառնական ռեժիմը սահմանելու ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 րոպե Գործարկման ժամանակն առավելագույն հզորությամբ՝ ոչ պակաս, քան 6 ժամ Ժամանակաչափ՝ 1-ից 99 րոպե միջակայքում Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ /50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. ՌԴ-ում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:
--	--	--	--	--