

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	ICU Ventilator	S1900A	Superstaar Medical Equipment	Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում: Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր 15,6 դյույմ: Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոչ պակաս քան 72 ժամվա ընթացքում: Պետք է ունենա Էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի պահուստավորմամբ: Շնչառական ռեժիմները

Մեծահասակներ և
 մանկաբուժություն՝ V-A/C, P-A/C,
 PSV, CPAP, V-SIMV, P-SIMV, PRVC,
 BiPAP, APRV, NCPAP: Նորածիններ՝ V-
 A/C, P-A/C, PSV, CPAP, V-SIMV, P-
 SIMV, PRVC, BiPAP, APRV, NCPAP:
 CPAP շարունակական հոսքով (Ոչ
 ինվազիվ վենտիլացիայի դեպքում
 արտահոսքի կոմպենսացիայով),
 Շնչառական ծավալը՝ 2 - 2000 մլ,
 Ծրագրավորվող րոպեական ծավալը
 0-100 լիտր/րոպե տիրույթում,
 Ներշնչման ժամանակը՝ 0.1 - 10 վրկ
 տիրույթում, I:E
 հարաբերակցությունը 4:1 - 1:10
 տիրույթում: Շնչառական
 հաճախությունը՝ Մեծահասակ.
 1-100 շնչ/րոպե, Մանկական /
 նորածնային. 1-150 շնչ/րոպե: FiO2:
 21-100%. Ներշնչման զգայնություն՝
 Հոսքը՝ F-Trig: Adult/Pediatric 0.5
 L/min - 20.0 L/min, or turn off
 inspiratory trigger Neonate: 0.1 L/min
 - 5.0 L/min, Ճնշումը՝ P-Trig: -20.0
 cmH2O - -0.5 cmH2O, or turn off,
 PEEP/CPAP: PEEP: OFF, 1 - 50 cmH2O,
 Controlled Pressure (PCV): Plow 0 - 50
 cmH2O, Pressure Support (PSV):
 ΔPsupp 0 - 80 cmH2O, Inspiratory

Pause (programmable in VCV):
 Tslope: 0.00 - 2.00 s, Inspiratory
 pressure: P_{insp} Adult, Pediatric: 5
 cmH₂O - 80 cmH₂O □ Neonate: 1
 cmH₂O - 80 cmH₂O, Maximum
 pressure limited (safety limits): P_{peak}
 monitoring range is 0 cmH₂O - 100
 cmH₂O: Ահագանգեր՝ Լուսային և
 ծայնային ազդանշաններ՝ ըստ
 առաջնահերթության և Էկրանի
 հաղորդագրությունների,
 Համակարգը թույլ է տալիս անջատել
 ահագանգերը Բարձր և ցածր
 ներշնչման ճնշում O₂-ի և օդի կամ
 դրանցից մեկի ցածր ճնշումը
 Հիմնական Էներգիայի կորուստ
 Մարտկոցի ցածր լիցք Բարձր
 շարունակական ճնշում Անջատում
 հիվանդից Թթվածինը բավարար չէ
 Ռոպեական ծավալը Բարձր և ցածր
 ընդհանուր ծավալը Բարձր և ցածր
 տոկոս O₂ Շնչառության կանգ
 Արտահոսք Շնչառության բարձր
 հաճախություն PEEP կորուստ:
 Դիսփլեյ / մոնիտորինգ՝ Ալիքային
 պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ,
 օժանդակ ճնշում Տվյալները՝
 կառավարման ընտրանքներ,
 հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային

						պարամետրեր և հաղորդագրություններ Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Համակարգը ներառում է՝ Բժշկական տուրբին խոնավացուցիչ 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման O2-միացնող խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ 1 օդի միացման խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական
--	--	--	--	--	--	---

					93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---