

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/157 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PDS VIO	Ethicon Endo	Ethicon Endo PDS VIO	Johnson&Johnson	Ստերիլ, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ կարային թել է, պատրաստված պոլիէթերային պոլի-թ-դիօքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը չունեն հակազենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը պետք է ներկված է կոնտրաստային գույնով՝ վերքի մեջ տեսանելիությունը բարելավելու համար: Թելի լիարժեք ներծծումը կատարվում է ոչ ավել քան 182-240 օրվա ընթացքում: Թելը պետք է ունենա հակասեպտիկ հատկություններ, որոնք կանխում են վիրաբուժական միջամտության

					շրջանի վարակները տարբեր հյուսվածքներում, այդ թվում՝ ուղեղի թաղանթներում: Օգտագործվող հակասեպտիկը՝ տրիկլոզանը, պետք է ունենա կլինիկորեն ապացուցված հակամանրէային ակտիվություն հետևյալ մանրէների նկատմամբ՝ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli, Klebsiella pneumoniae: Հակասեպտիկն ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա կատարվող վիրահատությունների ժամանակ: Թելը պետք է չկորցնի իր հակասեպտիկ հատկությունները անհոնային խմբեր պարունակող սյուրթերի ներկայությամբ: Մետրական չափը՝ 1, պայմանական չափը՝ 5/0, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս 45 սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կոռոզիակայուն բարձրակայուն համաձուլվածքից: Այն մշակված է սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը ասեղի և հյուսվածքների միջև: Ասեղի մարմինը քառակուսի ձև ունի՝ ասեղապահում կայունությունը բարձրացնելու համար: Ասեղը պետք
--	--	--	--	--	--

					Է լինի ծակող, ½ շրջանաձև, երկարությունը՝ 13 մմ: Ստերիլ ներքին ներդիրը կարային նյութով փաթեթավորված է անհատական փաթեթավորմամբ: Նման փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ շարժումով հասնել ներքին ներդիրին՝ նվազեցնելով ժամանակային կորուստները թելի հետ մանիպուլյացիաների ընթացքում: Փաթեթի մակնշումը պարունակում է՝ կարային նյութի անվանումը և կազմը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, թելի պայմանական և մետրական չափը, գույնը, երկարությունը, քանակը, ասեղի երկարությունը, տեսակը, կորությունը, քանակը, օգտագործման ժամկետը, խմբաքանակի (սերիայի) համարը, ասեղի պատկերը բնական չափով, ստերիլության նշումը և ստերիլացման եղանակը, մեկանգամյա օգտագործման մասին նշում: Թելի օվալաձև տեղադրման հատուկ տեխնոլոգիան ապահովում է դրա ուղղաձիգ վիճակը հանելուց
--	--	--	--	--	--

					հետո՝ նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պոլիէթիլեն կամ այլ նյութ), պաշտպանում է բովանդակությունը խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր տուփում պետք է լինի օգտագործման բժշկական հրահանգը: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4F4-ELXU72F-25/157 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	PDS VIO	Ethicon Endo	Ethicon Endo PDS VIO	Johnson&Johnson	Ստերիլ, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ կարային թել է, պատրաստված պոլիէթերային պոլի-թ-դիօքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը չունեն հակազենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը պետք է ներկված է կոնտրաստային գույնով՝ վերքի մեջ տեսանելիությունը բարելավելու համար: Թելի լիարժեք ներծծումը կատարվում է ոչ ավել քան 182-240 օրվա ընթացքում: Թելը պետք է ունենա հակասեպտիկ հատկություններ, որոնք կանխում են վիրաբուժական միջամտության

					շրջանի վարակները տարբեր հյուսվածքներում, այդ թվում՝ ուղեղի թաղանթներում: Օգտագործվող հակասեպտիկը՝ տրիկլոզանը, պետք է ունենա կլինիկորեն ապացուցված հակամանրէային ակտիվություն հետևյալ մանրէների նկատմամբ՝ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli, Klebsiella pneumoniae: Հակասեպտիկն ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա կատարվող վիրահատությունների ժամանակ: Թեև պետք է չկորցնի իր հակասեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբեր պարունակող սյուրթերի ներկայությամբ: Մետրական չափը՝ 1, պայմանական չափը՝ 5/0, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս 45 սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կոռոզիակայուն բարձրակայուն համաձուլվածքից: Այն մշակված է սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը ասեղի և հյուսվածքների միջև: Ասեղի մարմինը քառակուսի ձև ունի՝ ասեղապահում կայունությունը բարձրացնելու համար: Ասեղը պետք
--	--	--	--	--	---

					Է լինի ծակող, ½ շրջանաձև, երկարությունը՝ 13 մմ: Ստերիլ ներքին ներդիրը կարային նյութով փաթեթավորված է անհատական փաթեթավորմամբ: Նման փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ շարժումով հասնել ներքին ներդիրին՝ նվազեցնելով ժամանակային կորուստները թելի հետ մանիպուլյացիաների ընթացքում: Փաթեթի մակնշումը պարունակում է՝ կարային նյութի անվանումը և կազմը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, թելի պայմանական և մետրական չափը, գույնը, երկարությունը, քանակը, ասեղի երկարությունը, տեսակը, կորությունը, քանակը, օգտագործման ժամկետը, խմբաքանակի (սերիայի) համարը, ասեղի պատկերը բնական չափով, ստերիլության նշումը և ստերիլացման եղանակը, մեկանգամյա օգտագործման մասին նշում: Թելի օվալաձև տեղադրման հատուկ տեխնոլոգիան ապահովում է դրա ուղղաձիգ վիճակը հանելուց
--	--	--	--	--	--

					հետո՝ նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պոլիէթիլեն կամ այլ նյութ), պաշտպանում է բովանդակությունը խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր տուփում պետք է լինի օգտագործման բժշկական հրահանգը: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :
--	--	--	--	--	---