

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/111 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Quadra Assura MP կամ Neutrino NxT	Quadra Assura MP կամ Neutrino NxT	Abbott, St. Jude Medical	Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը ` IS-1/IS-4/DF-4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ալգորիտով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա Էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային Էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային Էլեկտրոդ, ձախ փորոքի

				Խթանման քառաբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Կիրառելի է St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72P-25/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Quadra Assura MP կամ Neutrino NxT	Quadra Assura MP կամ Neutrino NxT	Abbott, St. Jude Medical	Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը՝ IS-1/IS-4/DF-4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ալգորիտով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային էլեկտրոդ, ձախ փորոքի

				Խթանման քառաբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Կիրառելի է St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---