

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Resonance	Resonance r15c-T	r15c-T	M.R.S. SRL	Տեխնիկական բնութագիր Աուդիոմետր տիմպանոմետրով Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա. Տվիչի հաճախականությունները. Հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն 226 Հց, 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ 1000 Հց, 70,5 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ Ճնշման միջակայք. - 700-ից + 550 դեՊա միջակայքում Ճնշման

ճշգրտությունը $\pm 10\%$ կամ ± 10 դեղա միջակայքում: Ծավալի միջակայքը 0,05-ից 7,0 մլ (փոխհատուցված): Համապատասխանության միջակայք՝ 1- 7 մլ 226 Հց հաճախականության համար: Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայք՝ հասանելի սանդղակները՝ 0-25 միլիսիմենս Չափման ժամանակը 10 և 20 վայրկյան Ակուստիկ ռեֆլեքս. Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Փորձարկման մեթոդներ իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ: Իպսիլատերալ մակարդակը 50-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 50-ից 115 դԲ HL միջակայքում: Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված: Ռեֆլեքսային անկում. Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց $\pm 1\%$: Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Իպսիլատերալ մակարդակը 50-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 50-ից 115 դԲ HL միջակայքում:
--

						Փորձարկման մեթոդները ինտակտ և «ծակոտկեն»: Ճնշման միջակայքը առնվազն - 750-ից + 550 դեՊա: Աուդիոմետրիա. Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն: Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական: Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց: Մակարդակի քայլերը 1դԲ, 3 դԲ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 110 դԲԼՄ: Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 70 դԲԼՄ: Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. Էկրանը 7 դյույմ LED, սենսորային կառավարմամբ: Համակարգչային ինտերֆեյսը USB: Wi-Fi ջերմային տպիչ Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց համապատասխանում է Տիմպանոմետրիայի
--	--	--	--	--	--	---

					համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, ANSI S 3.39 Type 2 Առողիոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Type 4 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1, 3rd edition, Class II Type BF Կիրառելի մասերը. Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն Էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 , ISO9001 2. Բժշկական
--	--	--	--	--	--

					սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ , FDA սերտիֆիկատ (FDA 874.1090 ETY)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					