

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	УВЧ-30 Мед ТеКо	УВЧ-30 Мед ТеКо	УВЧ-30 Мед ТеКо	ООО Мед ТеКо РФ	Նախատեսված է գերբարձր հաճախականության Էլեկտրական և մագնիսական դաշտի տեղական թերապևտիկ ազդեցությունների համար և օգտագործվում է թերապիայի, նյարդաբանության, վիրաբուժության, հոգեբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության մեջ: Գերբարձր տատանումների հաճախականությունը՝ 27,12 ՄՀց Նոմինալ էլքային հզորությունը՝ 30 Վտ Մեքենայի կարգաբերումը՝ ծեռքով էլքային հզորության կաջգաբերումը (5 քայլից)՝ 5,10,15,

				20,25, 30 Վտ Գործառնական ռեժիմը սահմանելու ժամանակը՝ 3 րոպե Գործարկման ժամանակն առավելագույն հզորությամբ՝ 6 ժամ Ժամանակաչափ՝ 1-ից 99 րոպե միջակայքում Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ /50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	УВЧ-30 Мед ТеКо	УВЧ-30 Мед ТеКо	УВЧ-30 Мед ТеКо	ООО Мед ТеКо РФ	Նախատեսված է գերբարձր հաճախականության էլեկտրական և մագնիսական դաշտի տեղական թերապևտիկ ազդեցությունների համար և օգտագործվում է թերապիայի, նյարդաբանության, վիրաբուժության, հոգեբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության մեջ: Գերբարձր տատանումների հաճախականությունը՝ 27,12 ՄՀց Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 30 Վտ Մեքենայի կարգաբերումը՝ ձեռքով ելքային հզորության կաջգաբերումը (5 քայլից)՝ 5,10,15,

				20,25, 30 Վտ Գործառնական ռեժիմը սահմանելու ժամանակը՝ 3 րոպե Գործարկման ժամանակն առավելագույն հզորությամբ՝ 6 ժամ Ժամանակաչափ՝ 1-ից 99 րոպե միջակայքում Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ /50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
--	--	--	--	--