

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրաչյա Վարդանյան ԱԶ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊԶԲ - 26/0103 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
125	թթվածին v03an01	թթվածին v03an01	թթվածին v03an01	թթվածին v03an01	125. 33691141 Բժշկական թթվածին բալոն 6 խոր. Մ v03an01 Բժշկական թթվածինը իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5% ածխատթթու գազի պարունակությունը 0.01 %, ջրի պարունակությունը ոչ ավել 0.009%: մատակարարումը կատարվում է պողպատյա 40լ-ոց տարողությամբ 6մ³ կապույտ գույնի բալոններով:Ճնշումը ոչ պակաս 150ՄՊԱ: Բալոնները պետք է լինեն ռետինե ամրակներով և անցած

				լինեն փորձաքննություն և ունենան շահագործման ժամկետ, ինչպես նաև թթվածնի մատակարարման համապատասխան որակավորում /սերտիֆիկատ/ Медицинский кислород представляет собой газ без запаха и цвета, с содержанием кислорода не менее 99,5%, 0,01% углекислого газа и 0,009% содержания воды. Поставка производится из стали 40 м с 6 м³ синих баллонов с давлением не менее 150 МПа. Баллоны должны пройти проверку и иметь срок эксплуатации, а также соответствующую квалификацию /сертификат для подачи кислорода. Հատ 3000 3500
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грачья Варданян индивидуальный предприниматель в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0103 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
125					125. 33691141 Բժշկական թթվածին բալոն 6 խոր. Մ v03an01 Բժշկական թթվածինը իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5% ածխատթթու գազի պարունակությունը 0.01 %, ջրի պարունակությունը ոչ ավել 0.009%: մատակարարումը կատարվում է պողպատյա 40լ-ոց տարողությամբ 6մ³ կապույտ գույնի բալոններով:Ճնշումը ոչ պակաս 150ՄՊԱ: Բալոնները պետք է լինեն ռետինե ամրակներով և անցած

				լինեն փորձաքննություն և ունենան շահագործման ժամկետ, ինչպես նաև թթվածնի մատակարարման համապատասխան որակավորում /սերտիֆիկատ/ Медицинский кислород представляет собой газ без запаха и цвета, с содержанием кислорода не менее 99,5%, 0,01% углекислого газа и 0,009% содержания воды. Поставка производится из стали 40 м с 6 м³ синих баллонов с давлением не менее 150 МПа. Баллоны должны пройти проверку и иметь срок эксплуатации, а также соответствующую квалификацию /сертификат для подачи кислорода. Հատ 3000 3500
--	--	--	--	--