

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օսցիլոմետրիկ զարկերակային ճնշման հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Cardioline	walk200b	Cardioline	Օսցիլոմետրիկ զարկերակային ճնշման հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով: Նմուշառման ժամանակը կարգաբերվող՝ առնվազն 0, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 30 չափում ժամում, մեթոդը օսցիլոմետրիկ: Տարլուծումը ոչ ավել քան ± 3 մմսս: Չափման միջակայքը՝ առնվազն սիստոլիկ 60-300 մմսս, դիաստոլիկ 30-195 մմսս: Չարկերի չափման միջակայքը՝ առնվազն 30-240 գ/ր: Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601-2-47, EN 60601-1-11: Տվյալների ձևաչափը առնվազն, MIT,

						ISHNE, EDF+, PDF: Չափման ժամանակը՝ առնվազն 24 ժամ: Ժամանակային ինտերվալների ծրագրավորման հնարավորություն: Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն ընթերցման սարքի USB ինտերֆեյս, Bluetooth ինտերֆեյս՝ Bluetooth 4.0 կամ ավել, ճառագայթվող հզորություն՝ ոչ պակաս քան BT Class 1 100մ: Էլեկտրական առանձն ահատկություններ- Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 1 Ալկալային մարտկոց, 1,5 Վ, AA չափս: Գործողության ժամանակը առնվազն 24ժ մեկ մարտկոցով: LED ազդանշան մարտկոցի կարգավիճակը ցուցադրելու համար: LED Էկրան պարամետրերը ցուցադրելու համար: Կառավարումն առնվազն 4 ջրապաշտպան կոճակների միջոցով: Տեխնիկական պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 250 գ: Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի պատահական մուտքից՝ դասն առնվազն IP X2: Այլ պահանջներ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024թ. արտադրության:
--	--	--	--	--	--	--

					Լրակազմում ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայությունն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14971, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1, EN 60601-1-47, EN 62304, EN 80601-2-30, CE 93/42/EEC, FDA
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Օսցիլոմետրիկ զարկերակային ճնշման հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Cardioline	walk200b	Cardioline	Օսցիլոմետրիկ զարկերակային ճնշման հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով: Նմուշառման ժամանակը կարգաբերվող՝ առնվազն 0, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 30 չափում ժամում, մեթոդը օսցիլոմետրիկ: Տարլուծումը ոչ ավել քան ± 3 մմսս: Չափման միջակայքը՝ առնվազն սիստոլիկ 60-300 մմսս, դիաստոլիկ 30-195 մմսս: Չարկերի չափման միջակայքը՝ առնվազն 30-240 գ/ր: Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601-2-47, EN 60601-1-11: Տվյալների ձևաչափը առնվազն, MIT,

						ISHNE, EDF+, PDF: Չափման ժամանակը՝ առնվազն 24 ժամ: Ժամանակային ինտերվալների ծրագրավորման հնարավորություն: Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն ընթերցման սարքի USB ինտերֆեյս, Bluetooth ինտերֆեյս՝ Bluetooth 4.0 կամ ավել, ճառագայթվող հզորություն՝ ոչ պակաս քան BT Class 1 100մ: Էլեկտրական առանձն ահատկություններ- Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 1 Ալկալային մարտկոց, 1,5 Վ, AA չափս: Գործողության ժամանակը առնվազն 24ժ մեկ մարտկոցով: LED ազդանշան մարտկոցի կարգավիճակը ցուցադրելու համար: LED Էկրան պարամետրերը ցուցադրելու համար: Կառավարումն առնվազն 4 ջրապաշտպան կոճակների միջոցով: Տեխնիկական պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 250 գ: Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի պատահական մուտքից՝ դասն առնվազն IP X2: Այլ պահանջներ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024թ. արտադրության:
--	--	--	--	--	--	--

				Լրակազմում ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայությունն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14971, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1, EN 60601-1-47, EN 62304, EN 80601-2-30, CE 93/42/EEC, FDA
--	--	--	--	--