

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
122	Էլեկտրական կառավարվող բազ մաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան	DST-700B	MT MEDICAL	"Էլեկտրական վիրահատական սեղանը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության պահանջները բավարարելու համար և ապահովում է անվտանգ, կայուն աշխատանք բոլոր դիրքերում: Սեղանի վերևի մասն ունի ոչ պակաս՝ քան 2100 մմ երկարություն և ոչ պակաս քան 550 մմ լայնություն: Բարձրացման միջակայքը թույլ է տալիս կարգավորել բարձրությունը ոչ պակաս՝ քան 710 մմ-ից մինչև 1010 մմ, ապահովելով առնվազն 300 մմ շարժում: Սեղանը ապահովում է Տրենդելենբուրգի և հակադարձ Տրենդելենբուրգի դիրքեր՝ առնվազն 25° անկյան տակ, ձախ և աջ կողմնային թեքությամբ՝ առնվազն 15°: Գլխի թիթեղը կարող է բարձրացվել ոչ պակաս՝ քան 40°-ով և իջեցվել 90°-ով: Հետևի թիթեղը թույլ է տալիս կարգավորել ոչ պակաս, քան վերև՝ 80°-ով և ներքև՝ 20°-ով: Ոտքերի

թիթեղները կարող են բարձրացվել ոչ պակաս՝ քան 15°-ով, իջեցվել 90°-ով և պտտվել դեպի դուրս՝ 90°-ով: Երիկամային կամուրջը ապահովում է ոչ պակաս՝ քան 110 մմ բարձրություն: Սեղանի վերևի մասը ապահովում է ոչ պակաս՝ քան 350 մմ երկայնական սահում՝ ռենտգենյան և համակարգչային վիրահատության համար ավելի լավ մուտք ապահովելու համար: Սեղանը պետք է դիմակայի առավելագույն ծանրությանը՝ ոչ պակաս, քան՝ 250կգ: Բոլոր կարգավորումները կատարվում են էլեկտրահիդրավլիկ ուժով և կառավարվում են ձեռքի հեռակառավարման վահանակով՝ ապահովելով ճշգրիտ դիրքավորում և կայուն աշխատանք: Սեղանի կառուցվածքը՝ պատրաստված է բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից՝ ճառագայթային մակերեսով, որը հարմար է պատկերման համար: Հարմարավետություն և անվտանգություն ապահովելու համար ներառված է հիշողության փրփուրով ներքնակ՝ հակաստատիկ և ջրակայուն հատկություններով: Ունի վթարային կանգառ ստեղն: Ունի կողային ձեռքի հենարան: Ստանդարտ պարագաների թվում են անզգայացման էկրանը, ձեռքերի, ոտքերի, ոտնաթաթերի, ուսի հենակները, սեղմակները, ամրացնող սարքերը և երիկամների կամրջի բռնակը, որոնք ապահովում են հարմարվողականություն տարբեր վիրաբուժական առարկաների համար: Սեղանն ունի ներկառուցված մարտկոց, որն ամբողջովին լիցքավորված վիճակում հնարավորություն է տալիս իրականացնել առնվազն 80 վիրահատություն: Սեղանն ունի 4 անիվներ, որոնք

				հնարավորություն են տալիս սեղանին հանգիստ տեղաշարժել: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սեղանի մոնտաժման, լիարժեք շահագործման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
122	Էլեկտրական կառավարվող բազ մաֆուկցիոնալ վիրահատական սեղան	DST-700B	MT MEDICAL	"Էլեկտրական վիրահատական սեղանը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության պահանջները բավարարելու համար և ապահովում է անվտանգ, կայուն աշխատանք բոլոր դիրքերում: Սեղանի վերևի մասն ունի ոչ պակաս՝ քան 2100 մմ երկարություն և ոչ պակաս քան 550 մմ լայնություն: Բարձրացման միջակայքը թույլ է տալիս կարգավորել բարձրությունը ոչ պակաս՝ քան 710 մմ-ից մինչև 1010 մմ, ապահովելով առնվազն 300 մմ շարժում: Սեղանը ապահովում է Տրենդելենբուրգի և հակադարձ Տրենդելենբուրգի դիրքեր՝ առնվազն 25° անկյան տակ, ձախ և աջ կողմնային թեքությամբ՝ առնվազն 15°: Գլխի թիթեղը կարող է բարձրացվել ոչ պակաս՝ քան 40°-ով և իջեցվել 90°-ով: Հետևի թիթեղը թույլ է տալիս կարգավորել ոչ պակաս, քան վերև՝ 80°-ով և ներքև՝ 20°-ով: Ոտքերի

				թիթեղները կարող են բարձրացվել ոչ պակաս՝ քան 15°-ով, իջեցվել 90°-ով և պտտվել դեպի դուրս՝ 90°-ով: Երիկամային կամուրջը ապահովում է ոչ պակաս՝ քան 110 մմ բարձրություն: Սեղանի վերևի մասը ապահովում է ոչ պակաս՝ քան 350 մմ երկայնական սահում՝ ռենտգենյան և համակարգչային վիրահատության համար ավելի լավ մուտք ապահովելու համար: Սեղանը պետք է դիմակայի առավելագույն ծանրությանը՝ ոչ պակաս, քան՝ 250կգ: Բոլոր կարգավորումները կատարվում են էլեկտրահիդրավլիկ ուժով և կառավարվում են ձեռքի հեռակառավարման վահանակով՝ ապահովելով ճշգրիտ դիրքավորում և կայուն աշխատանք: Սեղանի կառուցվածքը՝ պատրաստված է բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից՝ ճառագայթային մակերեսով, որը հարմար է պատկերման համար: Հարմարավետություն և անվտանգություն ապահովելու համար ներառված է հիշողության փրփուրով ներքնակ՝ հակաստատիկ և ջրակայուն հատկություններով: Ունի վթարային կանգառ ստեղն: Ունի կողային ձեռքի հենարան: Ստանդարտ պարագաների թվում են անզգայացման էկրանը, ձեռքերի, ոտքերի, ոտնաթաթերի, ուսի հենակները, սեղմակները, ամրացնող սարքերը և երիկամների կամրջի բռնակը, որոնք ապահովում են հարմարվողականություն տարբեր վիրաբուժական առարկաների համար: Սեղանն ունի ներկառուցված մարտկոց, որն ամբողջովին լիցքավորված վիճակում հնարավորություն է տալիս իրականացնել առնվազն 80 վիրահատություն: Սեղանն ունի 4 անիվներ, որոնք
--	--	--	--	--

				հնարավորություն են տալիս սեղանին հանգիստ տեղաշարժել: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սեղանի մոնտաժման, լիարժեք շահագործման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"
--	--	--	--	--