

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2026-2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	CREA-Col	CREA-Col	BioSystems SA	Կրեատինին CREA-Col որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2:(100մլ) R3:(12մլ) , R4: (60մլ) որը նախատեսված է 200 թեսթի համար: Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ՝ ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ծեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001:2008

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУГРЧ-ЕУДԱՊՁԲ 2026-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	CREA-Col	CREA-Col	BioSystems SA	Կրեատիվնիս CREA-Col որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2:(100մլ) R3:(12մլ) , R4: (60մլ) որը նախատեսված է 200 թեսթի համար: Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ՝ ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001:2008