

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Urea	Mindray	"Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարայում թեստերի քանակը 200 թեստ: Փաթեթավորում՝ Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորմը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only լրակազմ"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EMXU72F-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
13	Urea	Mindray	"Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարայում թեստերի քանակը 200 թեստ: Փաթեթավորում՝ Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորմը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only լրակազմ"