

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Introducer R	.	Terumo	<p>Ինտրոդյուսեր-կոմպլեկտ նախատեսված ֆեմորալ և ռադիալ միջամտությունների համար` 4-8Fr տրամագծերով: Ռադիալը կարող է միաժամանակ լինել նաև 4-5 Fr, 5-6 Fr և 6-7 Fr ունիվերսալ տրամագծերով, ինչի շնորհիվ ինտրոդյուսերը հնարավորություն է տալիս կատարել ախտորոշում առանց այն փոխելու ստենտավորում` օգտագործելով մեկ ինտրոդյուսոր 2-ի փոխարեն: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի պահանջվող երկարություններն են` 7սմ և 10սմ: Համատեղելի է 4Fr-ի դեպքում` 0.035" (0.89մմ), մնացած բոլոր տեսակների դեպքում 0.038" (0.97մմ) ուղղորդիչի հետ: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար</p>

			<p>անոթի մեջ: Ֆորմատ` հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p> <p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Introducer R	.	Terumo	Набор интродьюсеров для вмешательств на бедренной и лучевой артериях диаметром 4-8Fr. Радиальный интродьюсер также может быть универсальным диаметром 4-5Fr, 5-6Fr и 6-7Fr, что позволяет проводить диагностику без его замены, стентирование, используя один интродьюсер вместо двух. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимая длина интродьюсера составляет: 7 см и 10 см. Совместим с проводником диаметром 0,035" (0,89 мм) для 4Fr и 0,038" (0,97 мм) для всех остальных типов. Переход дилататора в сопло выполнен с высокой точностью, что позволяет погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительных вмешательств. Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA

				<p>обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкции по эксплуатации в форме заводского руководства.Срок годности на момент доставки составляет не менее 70%. Покупатель имеет право вернуть товар или заменить его на другой размер, если срок годности составляет не менее 50%.</p>
--	--	--	--	--