

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Eliminate	.	Terumo	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը ոչ ավել, քան՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը ոչ ավել, քան՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում ոչ պակաս, քան՝ 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում ոչ պակաս, քան՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ ոչ պակաս, քան՝ 40սմ, աշխատող սեգմենտը ոչ ավել, քան՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության

				Ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:
--	--	--	--	-------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
50	Eliminate	.	Terumo	Катетер аспирационный, закупленный по государственному заказу для оказания услуг по стентированию, дистальный размер не более 1,7 мм, проксимальный размер не более 1,4 мм, тракционная поверхность в дистальной части не менее 0,79 мм кв., в проксимальной части не менее 0,95 мм кв., профиль входа не более 0,019", гидрофильное покрытие не менее 40 см, рабочий отрезок не более RX= 23 см. Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкции по эксплуатации в форме заводского руководства.Срок годности на момент доставки составляет не менее 70%.

