

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
68	Introducer Femoral 8fr	.	Terumo	Ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 8Fr չափսի- պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր ոչ ավել, քան՝ 10սմ ծայրի երկարությամբ, ունի 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

				«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
68	Introducer Femoral 8fr	.	Terumo	Набор интродьюсеров бедренных, размер 8Fr. Состав: интродьюсер с длиной кончика не более 10 см, с оболочкой диаметром 0,038 дюйма и иглой 18 G. Переход дилататора в сопло осуществляется с высокой точностью, что позволяет погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного вмешательства (например, ланцета). Наличие маркировки CE MARK или сертификата качества FDA обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в форме заводского руководства инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки. «Изделие приобретено для проведения

				тромболитической терапии острых и/или подострых ишемических инсультов и проведения механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и услуг, гарантированных государством населению».
--	--	--	--	---