

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	Angio-seal 8fr	.	Terumo	"Չարկերակը կարող գործիք, չափսը՝ 8 Fr: Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից Ներկայացնում է ամբողջությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության

				Ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70	Angio-seal 8fr	.	Terumo	"Устройство предназначено для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза артерии. Это полностью биodeградируемая система активного закрытия артерии, в состав которой входят: внутриартериальный якорь, нить, коллаген. Гемостатический якорь, фиксированный к внутренней стенке сосуда, полностью рассасывается в течение 90 дней. Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В комплект поставки входят технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в форме заводского руководства инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки. «Изделие приобретено с целью проведения

				тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и проведения механической тромбэктомии в рамках гарантированной государством бесплатной медицинской помощи населению». Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой:авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо) от производителя товара. Обязательное условие: участник на этапе заключения договора предоставляет: Сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя товара."
--	--	--	--	---