

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
118	Introducer R	.	Terumo	Ինտրոդյուսեր-կոմպլեկտ նախատեսված ֆեմորալ և ռադիալ միջամտությունների համար՝ 4-8 Fr տրամագծերով՝ կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից: Ռադիալը կարող է միաժամանակ լինել նաև 4-5 Fr , 5-6 Fr և 6-7 Fr ունիվերսալ տրամագծերով, ինչի շնորհիվ ինտրոդյուսերը հնարավորություն է տալիս կատարել ախտորոշում և առանց այն փոխելու ստենտավորում՝ օգտագործելով մեկ ինտրոդյուսեր 2-ի փոխարեն: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի երկարությունը 10 սմ և 7 սմ: Համատեղելի է՝ 4Fr-ի դեպքում՝ 0.035"(0.89մմ), մնացած բոլոր տեսակների դեպքում 0.038 (0.97մմ) տրամագծով ուղորդիչի հետ: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս

				առանց լրացուցիչ միջամտության (օր.նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,</p> <p>առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
118	Introducer R	.	Terumo	Набор интродьюсеров для вмешательств на бедренной и лучевой артериях, диаметры которых составляют 4-8 Fr в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Радиальный интродьюсер также может быть универсальным: 4-5 Fr, 5-6 Fr и 6-7 Fr, что позволяет проводить диагностику и стентирование без его замены, используя один интродьюсер вместо двух. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина кончика составляет 10 см и 7 см. Совместим с: проводником 0,035" (0,89 мм) для 4Fr, 0,038" (0,97 мм) для всех остальных типов. Высокоточный переход дилататора в сопло, позволяющий погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного вмешательства (например, лезвия-ланцета). Формат: шт. Наличие сертификатов

				качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводского руководства. Срок годности не менее 50% от общего срока годности на момент поставки.
--	--	--	--	--