

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
123	Դյուրակիր վիդեո բրոնխոսկոպիկ համակարգ VL3S	Դյուրակիր վիդեո բրոնխոսկոպիկ համակարգ VL3S	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd, China	Դյուրակիր վիդեոբրոնխոսկոպիկ համակարգը ներառում է՝ Վիդեո պրոցեսոր մոնիտոր MS-8 . Վիդեո բրոնխոսկոպ VL3S-M30 Վիդեո պրոցեսոր/մոնիտոր՝ Անկյունագիծը -15,6 դյույմ, 1920*1080px Գունավոր, հպումային Էկրան Կրկնակի Էկրանի գործառույթ Լեզուներ -անգլերեն, ռուսերեն Բուժառուի տվյալների Ներմուծման հնարավորություն HDMI, DVI, SDI ելքեր Պատկերի կարգավորում - LED մակարդակ/սրություն/գույնի տոն/կոնտրաստ USB ֆլեշ կրիչի միացման հնարավորություն՝ տվյալների փոխանցման կամ համակարգը թարմացնելու համար, Էնդոսկոպի միացման պորտ Ձայնագրման ձևաչափ -JPG լուսանկարի կամ MP4 տեսանյութի համար Ներքին հիշողությունը - 64 GB Ախտահանման հնարավորություն Մարտկոցը -՝ լիթիումային լիցքավորվող մարտկոց, DC

			7.4V, 9500 mAh Մարտկոցի անընդհատ աշխատանքի ժամանակ -5 ժամ Վիդեո պրոցեսորը հնարավորություն ունի աշխատելու հետևյալ տեսակի էնդոսկոպերի հետ՝ վիդեոբրոնխոսկոպ, վիդեոլարինգոսկոպ, միանվագ ճկուն վիդեոտուբերոռենոսկոպ, միանվագ գաստրոսկոպ, միանվագ խոլանգիոսկոպ Վիդեոբրոնխոսկոպ-Բազմակի օգտագործման, ներդրվող խողովակը -3,0մմ Աշխատանքային ուղի -1,2մմ Թեքման ուղղություններ՝ Վերև/Ներքև - 160/130 աստիճան Աշխատանքային երկարությունը - 600մմ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Տեսադաշտը՝ 3-50 mm: Ֆոտո և վիդեո ձայնագրման հնարավորությամբ Լրակազմում ներառված է բիոպսիոն արքան՝ նախատեսված 1.2մմ աշխատանքային ուղու համար՝ 1 հատ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը կատարվելու է մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվելու է վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
123	Դյուրակիր վիդեո բրոնխոսկոպիկ համակարգ VL3S	Դյուրակիր վիդեո բրոնխոսկոպիկ համակարգ VL3S	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd, China	Դյուրակիր վիդեոբրոնխոսկոպիկ համակարգը ներառում է՝ . Վիդեո պրոցեսոր մոնիտոր MS-8 . Վիդեո բրոնխոսկոպ VL3S-M30 Վիդեո պրոցեսոր/մոնիտոր՝ Անկյունագիծը -15,6 դյույմ, 1920*1080px Գունավոր, հպումային Էկրան Կրկնակի Էկրանի գործառույթ Լեզուներ -անգլերեն, ռուսերեն Բուժառուի տվյալների ներմուծման հնարավորություն HDMI, DVI, SDI ելքեր Պատկերի կարգավորում - LED մակարդակ/սրություն/գույնի տոն/կոնտրաստ USB ֆլեշ կրիչի միացման հնարավորություն՝ տվյալների փոխանցման կամ համակարգը թարմացնելու համար, Էնդոսկոպի միացման պորտ Ձայնագրման ձևաչափ -JPG լուսանկարի կամ MP4 տեսանյութի համար Ներքին հիշողությունը - 64 GB Ախտահանման հնարավորություն Մարտկոցը -՝ լիթիումային լիցքավորվող մարտկոց, DC

			7.4V, 9500 mAh Մարտկոցի անընդհատ աշխատանքի ժամանակ -5 ժամ Վիդեո պրոցեսորը հնարավորություն ունի աշխատելու հետևյալ տեսակի Էնդոսկոպերի հետ՝ վիդեոբրոնխոսկոպ, վիդեոլարինգոսկոպ, միանվագ ճկուն վիդեոուրետերոռենոսկոպ, միանվագ գաստրոսկոպ, միանվագ խոլանգիոսկոպ Վիդեոբրոնխոսկոպ- Բազմակի օգտագործման, ներդրվող խողովակը -3,0մմ Աշխատանքային ուղի -1,2մմ Թեքման ուղղություններ՝ Վերև/Ներքև - 160/130 աստիճան Աշխատանքային երկարությունը - 600մմ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Տեսադաշտը ` 3-50 mm: Ֆոտո և</p> <p>վիդեո ձայնագրման հնարավորությամբ Լրակազմում</p> <p>ներառված է բիոպսիոն արքան՝ նախատեսված 1.2մմ</p> <p>աշխատանքային ուղու համար՝ 1 հատ Սարքավորումը</p> <p>նոր է, չօգտագործված, գործարանային</p> <p>փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը</p> <p>տեղադրման պահից ` 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը կատարվելու է մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվելու է վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--