

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Արյան հետազոտության համար Նախատեսված նոսրացնող լուծույթ HC5D- Diluent	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, Նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նոսրացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ պլաստիկե -ճկուն տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4404-ЕДХ472F-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
37	Արյան հետազոտության համար նախատեսված նոսրացնող լուծույթ HC5D- Diluent	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նոսրացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ պլաստիկե -ճկուն տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III :

