

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում լիզիսի ենթարկող ռեագենտ HC5D CBC Lyse	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում լիզիսի ենթարկող ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում կապիլյար և/կամ երակային արյան նմուշում Էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի(կառուցվածքաքանդման) համար, հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի, լեյկոցիտների և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 200 մլ պլաստիկ տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4044-ЕДХД72Р-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
38	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում լիզիսի ենթարկող ռեագենտ HC5D CBC Lyse	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում լիզիսի ենթարկող ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում կապիլյար և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի(կառուցվածքաքանդման) համար, հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի, լեյկոցիտների և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 200 մլ պլաստիկ տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE:

