

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
83	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուց վածքաքանդման ենթարկվող տարբերակման ռեագենտ HC5D- Diff-Lyse	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկվող տարբերակման ռեագենտ HC5D-Diff-Lyse Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում Էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի

			գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կողային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
83	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկվող տարբերակման ռեագենտ HC5D-Diff-Lyse	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկվող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի

			գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կողային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III
--	--	--	---