

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	-	-	-	-	Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ): Թվային Էկրանի առկայություն: Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն: Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը: Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը: Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տագնապ:

				Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ և նորմատիվ շեղումների դեպքում արյան խողովակի ավտոմատ փակման մեխանիզմի առկայություն: Չափման միջակայքը ոչ պակաս քան 0-990 մլ տիրույթում: Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 2\%$: Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 1 մլ: Հավաքման արագությունը ոչ պակաս, քան 30-120մլ/ր տիրույթում: Ճոճման անկյունը ոչ պակաս քան 13°: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ $\pm 10\%$, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. ISO13485:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գորգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ
ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					