

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
92	МБООИ "Общество больных гемофилией"	РЕНАМПЛАСТИН	Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված Yumizen G400 մոդելի կոագուլոմետրով աշխատելու համար: Ֆորմատ` ոչ ավել քան 4x5 մլ թեազենտ և 4x5 մլ Նոսրացնող լուծույթ: Ստուգվող Նմուշ` պլազմա: Օգտագործման ձեռնարկը պարունակի օպտիկական կոագուլոմետրի ծրագրավորման մեթոդը: փաթեթավորմը բացելուց հետո թեազենտը 2-80C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 օր: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք Պահպանման պայմանները` 2-80C Մատակարարը պարտավոր է կատարել կոագուլոմետրի ծրագրավորումը տեղում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦЧ-ЕЦДЦЧДР-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
92			