# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր | Terumo | T-RAC II | Terumo BCT, Inc. | Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ): Թվային էկրանի առկայություն: Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն: Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը: Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը: Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տագնապ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ և նորմատիվ շեղումների դեպքում արյան խողովակի ավտոմատ փակման մեխանիզմի առկայություն: Չափման միջակայքը՝ 0-1000 մլ տիրույթում: Ճշգրտությունը՝ ±1%: Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 1 մլ: Հավաքման արագության ցուցադրումը՝ 0-999մլ/ր տիրույթում: Ճոճման անկյունը 18°: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն և ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս: Որակի վկայականներ. ISO13485: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЗАО ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | Медицинский монитор сбора крови | Terumo | T-RAC II | Terumo BCT, Inc. | Медицинский монитор для забора крови (весы-маятник): Наличие цифрового дисплея. Наличие функции сбора объема крови. Наличие функции регулировки и настройки контейнера, что обеспечивает точность измерений. Наличие режима мягкого шока, что повышает эффективность сохранения полезных компонентов в крови. Автоматическая сигнализация при достижении заданного значения. Наличие механизма автоматического перекрытия трубки для забора |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | крови при достижении заданного значения и в случае нормативных отклонений. Диапазон измерения: в диапазоне 0-1000 мл. Точность: ±1%. Точность отображения на экране: 1 мл. Отображение скорости забора крови: в диапазоне 0-999 мл/мин. Угол поворота 18°. Питание: 220-240 В ± 10%, 50/60 Гц. Полный комплект и принадлежности. Установка и запуск. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском и русском языках. Оборудование новое, не использовалось. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, которые необходимы для полноценной работы. Гарантия: 24 месяца. Сертификаты качества: ISO13485. |