

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
66	Thromboplastin L	Helena Biosciences Europe/ UK	Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու PT: Նախատեսված Coatron սարքավորման համար նախատեսված /MT և X teco / :Մեթոդ` ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում:Ստուգվող նմուշ: պլազմա:Ձեռնարկում պարունակվի օպտիկական կոագուլոմետրի ծրագրավորման մեթոդը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 ° C:For In Vitro Diagnostic only լրակազմ=թեստ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-ECXCTQF-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
66	Thromboplastin L	Helena Biosciences Europe/ UK	Набор для определения протромбинового времени PT: разработан для оборудования Coatron /MT и Xteco/: метод: определение времени образования фибрина. Тестовый образец: плазма. Набор содержит методику программирования оптического коагулометра. Срок годности не менее 2/3 от даты поставки. Наличие логотипа компании. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Условия хранения: 2-8 °C: набор предназначен только для диагностики in vitro.